

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΠ για την Προμήθεια "Συντήρηση & Επισκευή σκευών"

Δημοσιεύθηκε 05/10/2017 Τελευταία ανανέωση Ημ/νία Λήξης 20/10/2017

Μοναδικός Κωδικός 17DIAB000002211

Σχόλια

Όνομα Μαυρίγκος
ΔημήτρηςEmail
dmavrigkos@yahoo.grΆρθρο 1 ΟΜΑΔΑ ΤΜΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Ημ/νία
17/10/2017

Ονομάζομαι Μαυρίγκος Δημήτρης, είμαι δημότης του Έ διαμερίσματος του Δήμου μας, πατέρας τριών ανήλικων παιδιών και ήμουν απο το 2001 μέχρι το 2015 συντηρητής των μηχανημάτων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του οίκου Environnement S.A των σταθμών του Δήμου μας. Απο το 2001 μέχρι το 2009 ήμουν ο μοναδικός συντηρητής του δήμου και από το 2010 μέχρι το 2015 ήμουν συντηρητής για έκτακτες επισκέψεις. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για τον καινούριο διαγωνισμό που βγήκε για δημόσια διαβούλευση και ειδικότερα για την πρώτη ομάδα εργασίας. Στον καινούριο αυτό διαγωνισμό προστέθηκαν σε σχέση με τους προηγούμενους δύο καινούριες παράγραφοι. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στον διαγωνισμό των ανταλλακτικών που βγήκε για δημόσια διαβούλευση πριν λίγες εβδομάδες. Στην πρώτη παράγραφο ζητείται απο το τμήμα περιβάλλοντος ο ανάδοχος να έχει βεβαίωση συνεργασίας με την κατασκευάστρια εταιρία των αναλυτών. Αυτήν τη βεβαίωση, όπως γνωρίζει και το τμήμα περιβάλλοντος, θα την έχει μόνο ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρίας στην Ελλάδα. Αρα και μόνο απο αυτό, μένει μόνο ο αντιπρόσωπος για τη διεκδίκηση του έργου. Εγώ παρέδωδα το 2009, 32 αναλυτές σε λειτουργία, χωρίς να ζητήσω βοήθεια από την κατασκευάστρια εταιρία και τώρα μέινανε 24 αναλυτές με τη βοήθεια της κατασκευάστριας εταιρίας. Αυτό έπρεπε να λείι κάτι. Στη δεύτερη παράγραφο ζητείται απο το τμήμα περιβάλλοντος ο ανάδοχος να έχει βεβαίωση επίσημης ειδίκευσης των τεχνικών του από την κατασκευάστρια εταιρία των αναλυτών για όλους τους αναλυτές του πίνακα 2 της συγκεκριμένης ομάδας. Εδώ είναι το παράδοξο. Οι μισοί και πλέον αναλυτές του πίνακα 2 είναι της σειράς 1(δηλαδή οι AF 21M,O3 41M,CO11M), 20ετίας και πλέον και εγώ τους βρήκα σε λειτουργία, όταν ξεκίνησα τη συντήρηση το 2001. Για αυτούς τους αναλυτές κανέναν εν ενεργεία τεχνικός δεν έχει ειδίκευση, αφενός αφού πλέον δεν υποστηρίζονται από την ίδια τη εταιρία και αφετέρου οι τελευταίες εκπαιδεύσεις πρέπει να έγιναν τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Επιπλέον, ζητάνε την τελευταία πενταετία οι τεχνικοί να έχουν εκπαιδευτεί σε μηχανήματα που έχουν σταματήσει να παράγονται την προηγούμενη εικοσαετία!!! Αν η μέση ηλικία των τεχνικών του αντιπροσώπου είναι 30-35 έτη, σε τι ηλικία θα είχαν εκπαιδευτεί; Στο Δημοτικό ή στο Γυμνάσιο; Αρα, αν προσκομίσει οποιοσδήποτε μια βεβαίωση επίσημης ειδίκευσης των τεχνικών του της τελευταίας πενταετίας για αυτούς τους αναλυτές θα είναι τουλάχιστον ψεύτης. Ένα χαρτί μπορεί να δώσει η κατασκευάστρια εταιρία για να "καλύψει" τον αντιπρόσωπό της, αλλά να εκδώσει πιστοποιητικά με ημερομηνίες, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους και τόπο εκπαίδευσης (όπως αυτά που έχουμε -εγώ και οι τεχνικοί του αντιπροσώπου- για τους αναλυτές της σειράς 2 δηλαδή για τους AF 22M,AC 32M,CO 12M,O3 42M) θα ήταν τραβηγμένο. Σημειωτέον ότι το τμήμα γνωρίζει τις εκπαιδεύσεις των τεχνικών του αντιπροσώπου (ονόματα,ημερομηνίες και αναλυτές που εκπαιδεύτηκαν) από παλιότερους διαγωνισμούς και είναι μόνο για την σειρά 2. Η εμπειρία φαίνεται να μην έχει καμιά αξία για το τμήμα και ούτε την ζητάνε. Λίγες γραμμές για τις έκτακτες επισκέψεις-συντηρήσεις. Οι έκτακτες επισκέψεις καθιερώθηκαν από το τμήμα για

αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων στους σταθμούς όπως θεομηνίες, βλάβες air condition, βλάβες μετά από διακοπές ρεύματος και άλλα έκτακτα συμβάντα. Φυσικά, η Αθήνα είναι μακριά για άμεση επέμβαση από έναν ειδικευμένο τεχνικό, η οποία όμως, ταυτόχρονα είναι και επιβεβλημένη μετά από ένα τέτοιο γεγονός. Η επόμενη μέρα ανταπόκρισης που ζητάει το τμήμα μπορεί να είναι και αργά. Άρα ο όρος της εντοπιότητας θα έπρεπε να είναι επιβεβλημένος. Η εντοπιότητα φαίνεται να μην έχει καμιά αξία για το τμήμα και ούτε την ζητάνε. Η άμεση ανταπόκριση από τους τεχνικούς των Αθηνών του αντιπροσώπου είναι το λιγότερο ουτοπία, αφού δεν υπάρχει ειδικευμένος τεχνικός στη Θεσσαλονίκη. Κάτι ακόμα για τον προϋπολογισμό του έργου της ομάδας 1. Το 2009 για τη συντήρηση των αντίστοιχων αναλυτών ο προϋπολογισμός ήταν 12.000 (με το φ.π.α) ευρώ για 32 εν λειτουργία αναλυτές για ένα χρόνο. Δηλαδή $12000/32 = 375$ ευρώ ανα αναλυτή. Για το 2017 εν μέσω της κρίσεως ο προϋπολογισμός είναι 16.740 (με το φ.π.α) ευρώ για 24 εν λειτουργία αναλυτές για δέκα μήνες. Άρα $16.740 * 12/10 = 20.088$ (με το φ.π.α) ευρώ για ένα χρόνο. Δηλαδή $20088/24 = 837$ ευρώ ανα αναλυτή. Από 375 ευρώ στα 837 ευρώ ανά αναλυτή εν μέσω κρίσης. Εύλογα αναρωτιέται κανείς πώς φτάσαμε σε αυτό το ποσό. Μετά τιμής Μαυριγκος Δημήτρης