



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ**

**Ταχ. Δ/ση** : Μοναστηρίου 53-55  
**Τ.Κ.** : 54627  
**Πληροφορίες** : Σ. Μπουτσιούκης  
**e-mail** : g.chatzis@thessaloniki.gr  
**Τηλέφωνο** : 2310509054  
**FAX** : 2310509055

**Θεσσαλονίκη, 10-11-2017**

**Προς:**  
**Το Τμήμα Προϋπολογισμού**  
**& Οικονομικής Πληροφόρησης (Γ040001)**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**για προμήθεια ποδοδιακόπτη για σύστημα υπερηχοτομογραφίας**

- Ο ποδοδιακόπτης θα πρέπει να είναι συμβατός με το σύστημα υπερηχοτομογραφίας LOGIC S7 EXPERT το οποίο λειτουργεί στο Δημοτικό Ιατρείο Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης
- Ο ποδοδιακόπτης θα είναι 3 επαφών (USB Footswitch) με USB συνδεσιμότητα για εντολή παγώματος της εικόνας (freeze), εκτύπωσης και αποθήκευσης. Οι λειτουργίες του θα παραμετροποιούνται και θα προγραμματίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του ιατρού σε κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά ή γενικά σε όλα τα προγράμματα (freeze/unfreeze, print, report)

<b>Ο Συντάκτης</b>	<b>Ο Προϊστάμενος Τμήματος</b>	<b>Η Προϊσταμένη Δ/σης</b>
<b>Σ. Μπουτσιούκης</b>	<b>Σ. Μπουτσιούκης</b>	<b>Σ. Σπυρίδου</b>