



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μοναστηρίου 53-55
Τ.Κ. : 54627
Πληροφορίες : Γ. Χατζής
e-mail : g.chatzis@thessaloniki.gr
Τηλέφωνο : 2310509014
FAX : 2310509048

Θεσσαλονίκη, 25/1/2021

Προς τον Διατάκτη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αναπηρικά Αμαξίδια (για τη Δράση: "KEEP ON MOOVING")

α/α	Περιγραφή αντικειμένου	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Δαπάνη €
1.	Αναπηρικό Αμαξίδιο για Α.μεΑ. με μεγάλους πίσω τροχούς	33193000-9 Αναπηρικά καρότσια	11	235,00€	2.585,00€
2.	Αναπηρικό Αμαξίδιο για Α.μεΑ. με μικρούς πίσω τροχούς	33193000-9 Αναπηρικά καρότσια	8	220,00€	1.760,00€
Σύνολο					4.345,00€
Φ.Π.Α 13%					564,85€
Συνολική δαπάνη					4.909,85€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ 1. Αναπηρικό Αμαξίδιο για Α.μεΑ. με μεγάλους πίσω τροχούς

- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό κράμα μετάλλων.
- Να φέρει δύο χειρολαβές στο άνω μέρος της πλάτης.
- Να έχει πίσω μεγάλους τροχούς περίπου 24" και συμπαγείς μπροστινούς τροχούς.
- Να έχει σύστημα πέδησης .
- Να έχει στηρικτικά κάτω άκρων αναδιπλούμενα και περιστρεφόμενα
- Να φέρει υποδοχή για στατώ ορού.
- Να είναι πτυσσόμενο και να προσθαιρούνται οι πίσω τροχοί.
- Το πλάτος του καθίσματος να είναι περίπου 45cm (± 3cm) και το βάθος περίπου 40 cm (± 3cm).
- Το βάρος του αμαξιδίου να είναι περίπου 18kg (± 2 kg) και το μέγιστο βάρος του ασθενή να είναι 120kg.

ΕΙΔΟΣ 2. Αναπηρικό Αμαξίδιο για Α.μεΑ. με μικρούς πίσω τροχούς

- Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό κράμα μετάλλων.
- Να φέρει δύο χειρολαβές στο άνω μέρος της πλάτης.
- Να έχει συμπαγείς μπροστινούς και πίσω τροχούς.

- Να έχει πατηράκια για εύκολο χειρισμό από τον συνοδό.
- Να έχει στηρικτικά κάτω άκρων αναδιπλούμενα και περιστρεφόμενα
- Να είναι πτυσσόμενο.
- Το πλάτος του καθίσματος να είναι περίπου 45cm (\pm 3cm) και το βάθος περίπου 40 cm (\pm 3cm)
- Το βάρος του αμαξιδίου να είναι περίπου 16kg (\pm 2 kg) και το μέγιστο βάρος του ασθενή να είναι 120kg.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η προμηθεύτρια εταιρία θα σημάνει όλα τα αμαξίδια στην πλάτη, με αυτοκόλλητο διάστασης περίπου 15X10cm με το λογότυπο του προγράμματος κλπ (θα δοθεί η μακέτα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης).
- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει βεβαίωση ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ./Γ.Π.οικ./13485/2004 για διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθεί)
- Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν πιστοποίηση CE.

Ο Συντάκτης	Η Προϊσταμένη Τμήματος	Η Προϊσταμένη Δ/σης
		
Γ. Χατζής	Ε. Τουλκέρη	Σ. Σπυρίδου